

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------|---------------------------------|
| Analysenavn | B—Erythrocytter; antalk. | | |
| Kortnavn | Erythrocytter;B | | |
| Synonym | - | | |
| Forkortelse | ERY | | |
| IUPAC - kode | NPU01960 | | |
| Kvantitetsnummer | 000584 | | |
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt | | |
| Prøvemateriale | 3 mL EDTA-stabiliseret blod Holdbarheden er 72 timer ved stuetemperatur. | | |
| Prøvetagning | Blodet tages i LILLA(K3) 3 , som straks vendes 10 gange. | | |
| Referenceinterval | ≥ 0 dage | - < 14 dage | 3,1 - 6,0 x 10 ¹² /L |
| | ≥ 14 dage | - < 2 måneder | 2,7 - 5,8 x 10 ¹² /L |
| | ≥ 2 måneder | - < 6 måneder | 2,6 - 5,3 x 10 ¹² /L |
| | ≥ 6 måneder | - < 8 år | 4,0 - 5,6 x 10 ¹² /L |
| Kvinder | ≥ 8 år | - < 18 år | 4,1 - 5,4 x 10 ¹² /L |
| Mænd | ≥ 8 år | - < 18 år | 4,3 - 5,8 x 10 ¹² /L |
| Kvinder | ≥ 18 år | | 3,9 - 5,2 x 10 ¹² /L |
| Mænd | ≥ 18 år | | 4,3 - 5,7 x 10 ¹² /L |
| Analyseusikkerhed | 3 % | | |
| Unormale værdier | Bruges ved evaluering af anæmi eller polycytæmi. | | |

Seneste opdatering 31.01.2018